


# Lab MasterRシリーズ ボールバーストテスター

The TMI Group of Companies 社製



- ティッシュおよび不織布の破裂強度測定
- 破裂力、破裂強度、全スケール精度  $\pm 0.02\%$ 、解像度  $0.1g$  の破裂指数
- 乾燥・ウェットサンプルに対するボール突き破り抵抗の解析
- ボール位置制御精度  $0.1 \mu m$ 、再現性  $0.2 \mu m$
- 測定毎に数千もの押し荷重 / ボール位置データを獲得し、グラフ化
- 押し荷重・ボール位置・押し速度、測定時間の設定可能
- タッチパネル式にて操作が簡便
- ニューマチック式サンプルクランプ
- 適用：ティッシュ、不織布、紙
- 規格：  
TAPPI T 570、ISO/FDIS 12625-9:2001、CEN TC 172 準拠
- 仕様：  
押し荷重  
レンジ・精度： $2270gf \times 0.1gf$   
測定精度： $\pm 0.5gf$  又は読みの  $0.5\%$   
コントロール精度： $\pm 0.68gf$   
ボール位置  
レンジ・精度： $160mm \times 0.1 \mu m$   
測定精度： $\pm 1.0 \mu m$ 、 $\pm 1.0 \mu m/60mm$

株式会社 **マツボー**

製紙機械課

Tel/Fax:03-5472-1747/03-5472-1740

URL:<http://www.matsubo.co.jp/sanki/seishi/index.html>